



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Межрегионального управления №21 ФМБА России г.Красноармейск
Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.КЦ.02.000.М.000008.08.25 от 04.08.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) согласно приложению

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский диагностический центр" по адресу: 141292, Московская область, г. Пушкино, г.Красноармейск, ул.Комсомольская, д. 4, корп. 1.(Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский диагностический центр" по адресу: 141292, Московская область, г. Пушкино, г.Красноармейск, ул.Комсомольская, д.4, к. 1.(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)"; СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение органа инспекции ООО "Радэк" № 3896/25 от 16.07.2025г. (номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710201). Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.



Заключение действительно до 05.08.2030 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ **3166956**



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Межрегионального управления №21 ФМБА России г.Красноармейск
Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.КЦ.02.000.М.000008.08.25 ОТ 04.08.2025 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) в ООО "МДЦ" по адресу: 141292, Московская область, г. Пушкино, г.Красноармейск, ул.Комсомольская, д. 4, корп. 1.

Вид и характеристика ИИИ:

1. Генерирующие ИИИ:

1.1. Аппарат рентгенодиагностический дентальный "Planmеса ProOne" зав. № PRO 0757537, год выпуска-2013, год монтажа-2014, изготовитель Planmеса Oy (Финляндия), максимальное анодное напряжение 70кВ.

Вид и характер работ: эксплуатация (рентгенодиагностические исследования).

Место проведения работ: рентгеновский кабинет (1-й этаж, кабинет № 10) ООО "МДЦ", Московская обл, г. Пушкино, г.Красноармейск, ул. Комсомольская, д.4, корп. 1.

1.2. Система рентгеновская маммографическая Planmed модели "Planmed Sophie Nuance", зав. №YFVKH 32635, год выпуска-2013, год монтажа-2014, изготовитель Planmеса Oy (Финляндия), максимальное анодное напряжение 35кВ

Вид и характер работ: эксплуатация (рентгенодиагностические исследования).

Место проведения работ: рентгеновский кабинет (1-й этаж, кабинет № 10) ООО "МДЦ", Московская обл, г. Пушкино, г.Красноармейск, ул. Комсомольская, д.4, корп. 1.

1.3. Аппарат рентгеновский интраоральный "Planmеса Intra", зав. № IXRF98633, год выпуска-2013, год монтажа - 2014, изготовитель Planmеса Oy (Финляндия), максимальное анодное напряжение 70кВ.

Вид и характер работ: эксплуатация (рентгенодиагностические исследования).

Место проведения работ: рентгеностоматологический кабинет (1-й этаж, кабинет № 11) ООО "МДЦ", Московская обл, г. Пушкино, г.Красноармейск, ул. Комсомольская, д.4, корп. 1.

Ограничительные условия: не допускается использование рентгеновских аппаратов и кабинетов не по назначению и проведение работ не указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 0637667

